

Vandcenter Djurs A.M.B.A.
Teknologivej 2
8500 Grenaa
Att.: Rapportering & fakturering
Rapportnr.: AR-19-CA-00772814-01
Batchnr.: EUDKVE-00772814
Kundenr.: CA0017361
Modt. dato: 05.03.2019

Analyserapport

Prøvested: Havdal Vandværk - Vandværket - 78203 - / 4707004200
Prøvetype: Drikkevand - Kontrol af org. mikroforureninger
Prøveudtagning: 05.03.2019 kl. 10:34
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S CL5D
Analyseperiode: 05.03.2019 - 15.03.2019

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80622014	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Chlorphenoler							
2,4-dichlorphenol	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0352 GC-MS	30
2,6-dichlorphenol	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0352 GC-MS	30
Pesticider							
1,2,4-triazol	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
2,6-DCPP	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
2,6-dichlorbenzosyre	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
4-CPP	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
4-nitrophenol	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Aldrin	< 0.01	µg/l		0.030	0.01	M 0352 GC-MS	30
AMPA	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 8270 LC-MS/MS	30
Atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Bentazon	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
CGA 108906	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
CGA 62826	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Chloridazon, desphenyl-	0.027	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Chloridazon, methyl-desphenyl-	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Atrazin, desethyl-	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Atrazin, desethyl-desisopropyl-	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Desethyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Desethyl-terbutylazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Atrazin, desisopropyl-	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Dichlobenil	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0352 GC-MS	30
Dichlorprop (2,4-DP)	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Didealkyl-hydroxy-atrazin	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Dieldrin	< 0.01	µg/l		0.030	0.01	M 0352 GC-MS	30
Diuron	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Ethylthiourea (ETU)	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Glyphosat	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 8270 LC-MS/MS	30
Heptachlor	< 0.01	µg/l		0.030	0.01	M 0352 GC-MS	30
Heptachlorepoxyd (sum af cis+trans)	< 0.01	µg/l		0.030	0.01	M 0352 GC-MS	30
Hexazinon	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Vandcenter Djurs A.M.B.A.
Teknologivej 2
8500 Grenaa
Att.: Rapportering & fakturering
Rapportnr.: AR-19-CA-00772814-01
Batchnr.: EUDKVE-00772814
Kundenr.: CA0017361
Modt. dato: 05.03.2019

Analyserapport

Prøvested:	Havdal Vandværk - Vandværket - 78203 - / 4707004200		
Prøvetype:	Drikkevand - Kontrol af org. mikroforureninger		
Prøveudtagning:	05.03.2019 kl. 10:34		
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S	CL5D	
Analyseperiode:	05.03.2019 - 15.03.2019		

Lab prøvenr:	80622014	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Hydroxyatrazin	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Hydroxysimazin	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
MCPA	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Mechlorprop (MCP)	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metalaxyl-M	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metribuzin	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metribuzin-desamino	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metribuzin-desamino-diketo	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Metribuzin-diketo	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
N,N-dimethylsulfamid	0.037	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Simazin	< 0.01	µg/l	0.1	0.01	0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Udført ved underleverandør							
Ydelse fra underleverandør	Se bilag				*		
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskyling).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Kopi til:

Norddjurs Kommune, Kopimodtager drikkevand, Torvet 3, 8500 Grenaa

15.03.2019

 Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk


 Ulla Bøgedal
 Kunderådgiver

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljø- og Fødevarerministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
DÄNEMARK

Person in charge Mr. M. Wolter
ASM Mr. M. Wolter

Report date 12.03.2019

Analytical report
AR-19-SF-016945-01

Sample Code
724-2019-00017073
Reference

Trinkwasser
Afgang vandværk - Rekvisition
Glas 1000 ml Sort låg
Plast 250 ml alm
Glas 500 ml Grøn flaske
Glas 500 ml Grøn flaske

Sample sender

Eurofins Miljø A/S

Prescriber

Eurofins Miljø A/S

Reception date time

07.03.2019

Transport by

DHL

Client Purchase order nr.

EUDKVE00011239

Purchase order date

06.03.2019

Client sample code

835-2018-80622014

Start analysis

07.03.2019

End analysis

12.03.2019

Analysis	Testcode	Method
pesticide screening in water - LC/MS/MS	SFWD0	Internal Method

Page 1/7

The results of examination refer exclusively to the checked samples.
Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form.
Eurofins Sofia GmbH · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin
General Manager: Dr. Peter Schlüsche
VAT No.: DE15557279
Gerichtsstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977
Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00, BIC-/SWIFT-Code HYVEDE33
ID.Nr.:DE15557279

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.



Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) akkreditiertes Prüflaboratorium.

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

List of accredited sites and scopes can be delivered on request

Test results

Parameter	Measurement	Unit	Result	LOQ
SFWD0: LC-MS/MS [LC-MS/MS] // LA-LCMS-027-05 (#)				
Screened pesticides	LC-MS/MS [LC-MS/MS]		<LOQ	

LOQ = limit of quantification

MRL = Maximum Residue Level

<LOQ = below limit of quantification

(#) = Eurofins SOFIA Berlin (Rudower Chaussee) is accredited for this test.

Signature


 Analytical Service Manager (Moritz Wolter)

List of analysed substances:
SFWDO pesticide screening in water - LC/MS/MS

Substance	Reporting Limit µg/l	Substance	Reporting Limit µg/l
2,4'-Formoxylidid (Amitraz Metabolite)	0.05	3-Hydroxycarbofuran	0.05
6-Chlor-3-phenylpyridazin-4-ol	0.05	Abamectin	0.05
Acephate	0.05	Acetamiprid	0.05
Acetochlor	0.05	Alachlor	0.05
Aldicarb	0.05	Aldicarb-sulfone	0.05
Aldicarb-sulfoxide	0.05	Ametoctradin	0.05
Ametryn	0.05	Amidosulfuron	0.05
Aminocarb	0.05	Amitraz	0.05
Ancymidol	0.05	Atrazin, desethyl-	0.05
Atrazine	0.05	Azaconazole	0.05
Azamethiphos	0.05	Aziprotryn	0.05
Azoxystrobin	0.05	Benalaxyl	0.05
Bendiocarb	0.05	Benfuracarb	0.05
Benodanil	0.05	Benomyl	0.05
Bensulfuron methyl	0.05	Benthiavalicarb, isopropyl-	0.05
Bitertanol	0.05	Boscalid	0.05
Bromacil	0.05	Bupirimate	0.05
Buprofezin	0.05	Butachlor	0.05
Butocarboxim	0.05	Butocarboxim-sulfoxide	0.05
Butoxycarboxim	0.05	Buturon	0.05
Cadusaphos	0.05	Carbaryl	0.05
Carbendazim	0.05	Carbofuran	0.05
Carbosulfan	0.05	Carboxin	0.05
Chlorantraniliprole	0.05	Chlorbromuron	0.05
Chlorfluazuron	0.05	Chloridazone	0.05
Chlorotoluron	0.05	Chloroxuron	0.05
Chlorpropham	0.05	Chlorsulfuron	0.05
Cinidon-ethyl	0.05	Cinosulfuron	0.05
Clethodim	0.05	Clodinafop-propargyl	0.05
Clofentezine	0.05	Clomazone	0.05
Clothianidin	0.05	Cyanazine	0.05
Cyazofamid	0.05	Cymoxanil	0.05
Cyproconazole	0.05	Cyprodinil	0.05
Cyprofuram	0.05	Cyromazine	0.05
Demeton	0.05	Demeton-S-methyl	0.05
Demeton-S-methyl-sulfone	0.05	Desmedipham	0.05
Desmetryn	0.05	Diazinon	0.05
Dichlorvos	0.05	Diclobutrazol	0.05

Page 3/7

The results of examination refer exclusively to the checked samples.
 Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form.
 Eurofins Sofia GmbH · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin
 General Manager: Dr. Peter Schlüsche
 VAT No.: DE155557279
 Gerichtsstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977
 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00, BIC-/SWIFT-Code HYVEDE3333
 ID.Nr.:DE155557279

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.



Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

List of accredited sites and scopes can be delivered on request

SFWD0 pesticide screening in water - LC/MS/MS

Substance	Reporting Limit µg/l	Substance	Reporting Limit µg/l
Diethofencarb	0.05	Diethyltoluamide	0.05
Difenoconazole	0.05	Difenoconazole	0.05
Diflubenzuron	0.05	Diflufenican	0.05
Dimefox	0.05	Dimefuron	0.05
Dimethenamid	0.05	Dimethoate	0.05
Dimethomorph	0.05	Dimetilan	0.05
Dimoxystrobin	0.05	Dinotefuran	0.05
Disulfoton	0.05	Disulfoton-sulfon	0.05
Disulfoton-sulfoxide	0.05	Diuron	0.05
Emamectin (Sum)	0.05	Epoxiconazole	0.05
Ethiofencarb	0.05	Ethiofencarb-sulfone	0.05
Ethiofencarb-sulfoxide	0.05	Ethiprole	0.05
Ethofumesat-2-keto	0.05	Ethofumesate	0.05
Ethoprophos	0.05	Etofenprox	0.05
Etoxazole	0.05	Famoxadone	0.05
Fenamidone	0.05	Fenamiphos	0.05
Fenamiphos-sulfone	0.05	Fenamiphos-sulfoxide	0.05
Fenarimol	0.05	Fenazaquin	0.05
Fenbuconazole	0.05	Fenhexamid	0.05
Fenobucarb	0.05	Fenoxaprop-ethyl	0.05
Fenoxycarb	0.05	Fenpiclonil	0.05
Fenpropidin	0.05	Fenpropimorph	0.05
Fenpyroximate	0.05	Fensulfothion	0.05
Fensulfothion-oxon-sulfone	0.05	Fensulfothion-oxon-sulfoxide	0.05
Fensulfothion-sulfone	0.05	Fenthion	0.05
Fenthion-oxon	0.05	Fenthion-oxon-sulfone	0.05
Fenthion-oxon-sulfoxide	0.05	Fenthion-sulfone	0.05
Fenthion-sulfoxide	0.05	Fenuron	0.05
Flazasulfuron	0.05	Fonicamid	0.05
Florasulam	0.05	Fluazifop-P-butyl	0.05
Fluazuron	0.05	Flucycloxuron	0.05
Fludioxonil	0.05	Flufenacet	0.05
Flufenoxuron	0.05	Fluometuron	0.05
Fluopicolid	0.05	Flurochloridone	0.05
Flurprimidol	0.05	Flusilazole	0.05
Flutriafol	0.05	FM-6-1	0.05
Formetanate	0.05	Fosthiazate	0.05
Fuberidazole	0.05	Furathiocarb	0.05
Halofenozide	0.05	Haloxifop-2-ethoxyethyl	0.05
Haloxifop-methyl	0.05	Hexaconazole	0.05
Hexaflumuron	0.05	Hexazinone	0.05
Hexythiazox	0.05	Imazalil	0.05
Imibenconazole	0.05	Imidacloprid	0.05

Page 4/7

The results of examination refer exclusively to the checked samples.
 Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form.
 Eurofins Sofia GmbH · Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin
 General Manager: Dr. Peter Schlüsche
 VAT No.: DE15557279
 Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977
 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00, BIC-/SWIFT-Code HYVEDE3333
 ID.Nr.:DE15557279

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittelkontakt/avb.aspx>, shall apply.



Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) akkreditiertes Prüflaboratorium.

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

List of accredited sites and scopes can be delivered on request

SFWD0 pesticide screening in water - LC/MS/MS

Substance	Reporting Limit µg/l	Substance	Reporting Limit µg/l
Indoxacarb	0.05	Iodosulfuron methyl	0.05
Iprovalicarb	0.05	Isoprocarb	0.05
Isoprothiolane	0.05	Isoproturon	0.05
Isoxaben	0.05	Isoxaflutole	0.05
Isoxathion	0.05	Lenacil	0.05
Linuron	0.05	Lufenuron	0.05
Malaoxon	0.05	Malathion	0.05
Mandipropamid	0.05	Mepanipyrim	0.05
Metalaxyl	0.05	Metamitron	0.05
Metazachlor	0.05	Metconazole	0.05
Methabenzthiazuron	0.05	Methacriphos	0.05
Methamidophos	0.05	Methidathion	0.05
Methiocarb	0.05	Methiocarb-sulfone	0.05
Methiocarb-sulfoxide	0.05	Methomyl	0.05
Methoprotryne	0.05	Methoxyfenozide	0.05
Metobromuron	0.05	Metolachlor	0.05
Metolcarb	0.05	Metoxuron	0.05
Metrafenone	0.05	Metribuzin	0.05
Metsulfuron-methyl	0.05	Molinate	0.05
Monocrotophos	0.05	Monolinuron	0.05
Monuron	0.05	Napropamide	0.05
Neburon	0.05	Nicosulfuron	0.05
Novaluron	0.05	Nuarimol	0.05
Ofurace	0.05	Omethoate	0.05
Orbencarb	0.05	Oxadixyl	0.05
Oxamyl	0.05	Oxamyl-oxime	0.05
Oxydemeton-methyl	0.05	Paclobutrazol	0.05
Paraoxon-ethyl	0.05	Paraoxon-methyl	0.05
Penconazole	0.05	Pencycuron	0.05
Pendimethalin	0.05	Pentanochlor	0.05
Phenmedipham	0.05	Phorate	0.05
Phorate-sulfone	0.05	Phorate-sulfoxide	0.05
Phosmet	0.05	Phosphamidon	0.05
Phoxim	0.05	Picoxystrobin	0.05
Piperonyl butoxide	0.05	Pirimicarb	0.05
Pirimicarb, desmethyl-	0.05	Pirimicarb, desmethyl-formamido-	0.05
Primisulfuron-methyl	0.05	Prochloraz	0.05
Promecarb	0.05	Prometon	0.05
Prometryn	0.05	Propamocarb	0.05
Propargite	0.05	Propazine	0.05
Propham	0.05	Propiconazole	0.05
Propoxur	0.05	Propoxycarbazone	0.05
Proquinazid	0.05	Prosulfocarb	0.05

Page 5/7

The results of examination refer exclusively to the checked samples.
 Duplicates - even in parts - must be authorized by the last laboratory in written form.
 Eurofins Sofia GmbH - Rudower Chaussee 29 - 12489 Berlin
 General Manager: Dr. Peter Schlüsche
 VAT No.: DE15557279
 Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977
 Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00, BIC-/SWIFT-Code HYVEDEMM17
 ID.Nr.:DE15557279

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.



Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) akkreditiertes Prüflaboratorium.

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

List of accredited sites and scopes can be delivered on request

SFWD0 pesticide screening in water - LC/MS/MS

Substance	Reporting Limit µg/l	Substance	Reporting Limit µg/l
Prosulfuron	0.05	Pymetrozine	0.05
Pyraclostrobin	0.05	Pyraflufen-ethyl	0.05
Pyrethrins	5	Pyridate	0.05
Pyrimethanil	0.05	Pyrimidifen	0.05
Pyriproxyfen	0.05	Quizalofop ethyl	0.05
Rabenzazole	0.05	Rimsulfuron	0.05
Rotenone	0.05	Sebuthylazine	0.05
Sethoxydim	0.05	Silafluofen	0.05
Simazine	0.05	Simazine, desethyl-	0.05
Simeconazole	0.05	Spinosad	0.05
Spirodiclofen	0.05	Spiromesifen	0.05
Spirotetramat	0.05	Spiroxamine	0.05
Tebuconazole	0.05	Tebufenozide	0.05
Tebufenpyrad	0.05	Teflubenzuron	0.05
TEPP	0.05	Terbacil	0.05
Terbufos	0.05	Terbufos-sulfone	0.05
Terbufos-sulfoxide	0.05	Terbutylazine	0.05
Terbutylazine, desethyl-	0.05	Terbutryn	0.05
Tetraconazole	0.05	Thiabendazole	0.05
Thiabendazole, 5-hydroxy-	0.05	Thiacloprid	0.05
Thiamethoxam	0.05	Thiazafurion	0.05
Thifensulfuron methyl	0.05	Thiocarbazil	0.05
Thiodicarb	0.05	Thiofanox	0.05
Thiofanox-sulfone	0.05	Thiofanox-sulfone	0.05
Thiofanox-sulfoxide	0.05	Thiofanox-sulfoxide	0.05
Thiometon	0.05	Thionazin	0.05
Thiophanate (-ethyl)	0.05	Thiophanate-methyl	0.05
Triadimefon	0.05	Triadimenol	0.05
Triamiphos	0.05	Triasulfuron	0.05
Triazamate	0.05	Triazophos	0.05
Tribenuron-methyl	0.05	Trichlorfon	0.05
Tricyclazole	0.05	Tridemorph	0.05
Trietazine	0.05	Trifloxystrobin	0.05
Trifloxysulfuron	0.05	Triflumizole	0.05
Triflumuron	0.05	Triflusulfuron-methyl	0.05
Triforine	0.05	Trimethacarb, 3,4,5-	0.05
Triticonazole	0.05	Uniconazole	0.05
Vamidothion	0.05	Vamidothion-sulfone	0.05
Vamidothion-sulfoxide	0.05	Zoxamide	0.05

Page 7/7

The results of examination refer exclusively to the checked samples.
Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form.
Eurofins Sofia GmbH - Rudower Chaussee 29 · 12489 Berlin
General Manager: Dr. Peter Schlüsche
VAT No.: DE155557279
Gerichtstand AG Berlin Charlottenburg HRB 45977
Hypovereinsbank IBAN: DE80 2073 0017 7000 0004 00, BIC-/SWIFT-Code HYVEDE33
ID.Nr.:DE155557279

Our General Terms & Conditions, available upon request and online at
<http://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx>, shall apply.



Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) akkreditiertes Prüflaboratorium.

DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren

List of accredited sites and scopes can be delivered on request